



# Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski  
tel: (0 84) 664-44-11, fax: (0 84) 664-25-21,  
email: szpital@szpital-tomaszow.pl, www: http://szpital-tomaszow.pl



Tomaszów Lubelski, dnia 30.10.2018r.

Nazwa zamówienia: **Dostawy medycznego sprzętu jednorazowego.**  
Numer sprawy: **SZZ.251.38.2018.PW**

## WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim zgodnie z przepisami art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w związku ze zwróceniem się Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnia:

### **Pytanie 1 – pakiet nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oznakowanie kolorystyczne mankietu w masce anastatycznej wg rozmiaru jak poniżej:

Nr 0 – różowy

Nr 1 – jasno niebieski

Nr 2 – żółty

Nr 3 - zielony

Nr 4 - czerwony

Nr 5 - niebieski

Nr 6 – ciemno niebieski?

### **Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

### **Pytanie 2 – pakiet nr 4**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu pozycje 15-17 oraz 22-33?

### **Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

### **Pytanie 3**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1: Strony ustalają, że w razie niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać je będzie odpowiedzialność z tytułu kar umownych;

1/ za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy lub zwłokę w wymianie towaru na wolny od wad w wysokości 0,1% wartości brutto **wadliwej** partii towaru za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% wartości **brutto wadliwej partii towaru**

2/ Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 5% **niezrealizowanej części umowy** brutto za odstąpienie przez Odbiorcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.

### **Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 11 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

### **Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 5 - dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 6 - dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 7 - dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 8 - dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 9 - dotyczy SIWZ**

Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu **wyrobów medycznych**, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta? W załączeniu przykładowe wytyczne producentów jak i dystrybutorów, odnośnie odpowiedniego transportu oraz przechowywania sprzętu medycznego.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 10 - dotyczy SIWZ**

Wielu Wykonawców dostarcza towar korzystając z usług kurierskich. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby towar był dostarczany przez wyspecjalizowane firmy kurierskie posiadające pojazdy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu? Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania jak i transportu **wyrobów medycznych**, produktów leczniczych w sposób umożliwiający ochronę tych produktów od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 11 - Pakiet nr 4 poz. 1, 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14**

Czy Zamawiający wymaga do zaferowania w tych pozycjach rurki intubacyjnej silikonowanej , która nie zawiera ftalanów?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 12 - Pakiet nr 4 poz. od 15 do 24**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tych pozycjach cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych o powierzchni zmrożonej?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 13 - Pakiet nr 4 poz. 25-33**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tych pozycjach cewnika z zastawką lateksową?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 14 - Pakiet nr 4 poz. 26-32**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tych pozycjach cewnika foley sterylizowanego radiacyjnie i pakowanego w podwójne opakowanie folia-folia?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 15 - Pakiet nr 4 poz. 34-40**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tych pozycjach cewnika nelatona o powierzchni zmrożonej?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 16 - Pakiet nr 4 poz. 50-52**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tych pozycjach cewnika tiemana o powierzchni zmrożonej?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 17 - Pakiet nr 5 poz. 1, 2, 3, 4, 5**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tych pozycjach pojemników dostępnych w dwóch kolorach (żółtym i czerwonym) w zależności od potrzeb Zamawiającego?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 18 - Pakiet nr 8 poz.2**

Czy Zamawiający w tej pozycji wymaga zaoferowania opaski z zamykaną kieszonką na karteczkę co zabezpiecza przed przypadkowym wyjęciem lub wypadnięciem karteczki?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 19 - Pakiet nr 8 poz.5**

Czy Zamawiający w tej pozycji dopuści kieliszki jednorazowe do podaży leków pakowane po 80 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości na 1050 opakowań?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuści kieliszki jednorazowe do podaży leków pakowane po 80 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości na 1050 opakowań.**

**Pytanie 20 - Pakiet nr 8 poz.9**

Czy Zamawiający w tej pozycji wymaga zaoferowania kranika trójdrożnego z wyczuwalnym i optycznym identyfikatorem przepływu?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 21 - Pakiet nr 8 poz.15**

Czy Zamawiający w tej pozycji wymaga zaoferowania kacek plastikowych o pojemności 800ml czy 1200ml?

**Odpowiedz:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 22 - Pakiet nr 8 poz.16**

Czy Zamawiający w tej pozycji wymaga zaoferowania worków do zbiórki moczu dla dorosłych 2000ml, sterylnych, z zaworem spustowym typu T, z przezroczystą tylną ścianką worka?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 23 - Pakiet nr 8 poz.19**

Czy Zamawiający w tej pozycji dopuści przeliczenie ilości sztuk (zwojów) w przypadku zaoferowania drenu w zwoju większym niż 20m, z zaokrągleniem do pełnej sztuki?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 24 - Pakiet nr 11**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycje: 1, 2): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 25 - Pakiet nr 11**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycja: 1): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L (maksymalny obwód produktu aż 160cm); tzw. "dzienne" - o chłonności co najmniej 2700ml wg normy ISO 11948-1; z czterema trójwarstwowymi, elastycznymi, wielokrotnego użytku przylepcorzepami; jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza, w 100% oddychające na całej powierzchni wyrobu; posiadające wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor; posiadające delikatną włókninę wierzchnią, ale o innej nazwie własnej. Należy również nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SIWZ dopuszcza tylko produkty (Seni) jednego producenta (TZMO) na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, ale w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 26 - Pakiet nr 11**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie Zamówienia (pakiet 11, pozycja: 2): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL (maksymalny obwód produktu aż 170cm); tzw. "dzienne" - o chłonności co najmniej 2750ml wg normy ISO 11948-1; z czterema trójwarstwowymi, elastycznymi, wielokrotnego użytku przylepcorzepami; jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza, w 100% oddychające na całej powierzchni wyrobu; posiadające wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor; posiadające delikatną włókninę wierzchnią, ale o innej nazwie własnej. Należy również nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SIWZ dopuszcza tylko produkty (Seni) jednego producenta (TZMO) na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, ale w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 27 - Pakiet nr 11**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycja: 2): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 28 - Pakiet nr 13 poz.1**

Czy Zamawiający w tej pozycji dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 29 - Pakiet nr 15 poz.1**

Czy Zamawiający w tej pozycji wymaga zaoferowania przyrządu pakowane w opakowanie jednostkowe (tj. 1 szt.) wraz z workiem (razem w opakowaniu blister-pack zapewniającym sterylność tego zestawu tj. worka i przyrządu)?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 30 - Pakiet nr 17 poz. 5, 6, 7, 8, 9, 10**

Czy Zamawiający w tych pozycjach dopuści zaoferowanie cewników Pezzer wykonanych z lateksu kauczuku naturalnego silikonowanych, j.u., jałowych, z 3 otworami w odcinku dystalnym?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 31 - Pakiet nr 3, poz. 1-7**

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne wykonane z medycznego PCV w całości pozbawione ftalanów, wyprofilowane anatomicznie, bezlateksowa, z regulowanym, napompowywanym mankietem uszczelniającym oznakowana kolorystycznie wg rozmiaru w rozmiarach 0-6, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 32 - Pakiet nr 17, poz. 5-10**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Pezzer wykonane z lateksu pokrytego obustronnie silikonem (wewnątrz jak i na zewnątrz)?

Czy Zamawiający dopuści trzy otwory w odcinku dystalnym w zamian z dwa?

**Odpowiedz:**

**Tak Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 33 - Pakiet 16**

Czy Zamawiający dopuści myjkę o następujących parametrach?

Jednorazowa myjka do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy. Nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym pH 5,5. Przednia warstwa wykonana z 100% poliestru nasączona mydłem, tylna warstwa wykonana z 100% polipropyleny. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Gramatura 50g/m<sup>2</sup>. Opakowanie jednostkowe a'20 sztuk z nadrukowaną instrukcją użytkowania w formie obrazkowej. Produkowana zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa pacjenta, co jest potwierdzone wpisem do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych CPNP (oznacza to, że produkt i wszystkie składniki, zostały przetestowane pod względem bezpieczeństwa stosowania i jest gwarancją dla Zamawiającego, że użytkuje produkt sprawdzony i zarejestrowany zgodnie z obowiązującym prawem).

Czy zamawiający w trosce o najwyższe standardy bezpieczeństwa wymaga wpisu do CPNP?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 34 - Dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. Braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 35 - Pakiet 12, Poz.1, 2, 3, 4**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe łyżki wykonane z plastiku (poliamid), kompatybilne z tzw. „zielonym standardem” (ISO 7376), mikrobiologicznie czyste?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 36 - Pakiet nr 10, Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maseczek spełniających wymagania SIWZ w rozmiarze ok. 175mm x 100mm?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 37 - Pakiet nr 14, Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nożyczek o poniższych parametrach?



**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 38 - Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania igłotrzymacza 16 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 39 - Pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kleszczyków o poniższych parametrach?

**Kleszczyki anatomiczne zagięte  
typu Halsted- Mosquito**

Nr art. 991041  
Rozmiar 12,5 cm  
Jednostka miary 25 szt.  
Opakowanie zbiorcze 2



**Odpowiedz:**  
**Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 40 - Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kleszczyków o poniższych parametrach?

**Kleszczyki chirurgiczne  
proste typu Kocher**

Nr art. 991042  
Rozmiar 14 cm  
Jednostka miary 25 szt.  
Opakowanie zbiorcze 2



**Odpowiedz:**  
**Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 41 - Pakiet nr 14, Pozycje 1- 5**

Czy Zamawiający wymaga zaferowania narzędzi jednorazowego użytku sklasyfikowanych jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny przeznaczony do chwilowego użytku, które będą używane w przypadku przerwania ciągłości skóry, zatem wymaga się, aby były sklasyfikowane jako chirurgiczny wyrób medycznych kl. 2A?

**Odpowiedz:**  
**Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 42**

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania narzędzi jednorazowych posiadających trwale naniesione oznaczenie jednorazowości na rękojeści w kolorze jasno zielonym jednoznacznie odróżniające je od narzędzi wielorazowych.

**Odpowiedz:**  
**Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 43 zadania nr 5, poz. 2**

Proszę o dopuszczenie zaferowania pojemnika 1 l o otworze wrzutowym 6 cm.

**Odpowiedz:**  
**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie nr 44 zadania nr 5, poz. 3**

Proszę o dopuszczenie zaoferowania pojemnika 2l o otworze wrzutowym 7 cm.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie nr 45 zadania nr 5, poz. 4**

Proszę o dopuszczenie zaoferowania pojemnika 5 l o otworze wrzutowym 10 cm.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 46 zadania nr 5, poz. 5**

Proszę o dopuszczenie zaoferowania pojemnika 10 l o otworze wrzutowym 10 cm.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 47 - Pakiet 10, Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maseczki w rozmiarach 17,5cm x 9cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maseczki w rozmiarach 17,5cm x 9cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.**

**Pytanie 48 - Pakiet nr 1 POZ. 1-7**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 49 - Pakiet nr 2 poz. 1-4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji strzykawek z niebieskim tłokiem. Kolor tłoka nie ma medycznego uzasadnienia. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 50 - Pakiet nr 2 poz.4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki pakowanej po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 51 - Pakiet nr 2 poz. 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki ściętej pod kątem 45 stopni korpus i tłok strzykawki wykonany z polipropylenu z czytelną czarną skalą. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 52 - Pakiet nr 2 poz. 11**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli pediatrycznej wykonanej z FEP tak jak w poz. 12-15. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 53 - Pakiet nr 2 poz. 12-15**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Rozmiar kaniuli	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
-----------------	----------------------	-----------------



<b>(GAUGE)</b>		
17 G	1,50 x 45	140
18 G	1,20 x 45	90
	1,20 x 38	105
20 G	1,00 x 32	64
22 G	0,80 x 25	38

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 54 - Pakiet nr 2 poz. 12-15**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli wykonanej z podwójnie czyszczonego teflonu PTFE.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 55 - Pakiet nr 2 poz. 13**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 20 G 1,1 x 33 przepływ 61 ml/min.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 56 - Pakiet nr 2 poz. 15**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 17 G 1,5 x 45 przepływ 128 ml/min.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 57 - Pakiet nr 2 poz. 16**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 58 - Pakiet nr 15 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu bursztynowego z workiem osłona na butelkę pakowanym osobno.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 59 - Pakiet nr 15 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu bursztynowego z workiem w opakowaniu 100 szt.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 60 - Dotyczy 10 poz. 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy w w/w pozycji wymaga masek zawiązywanych na troki, czy też pozostawia możliwość zaferowania masek z gumkami jak w pozycji. 1.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający pozostawia możliwość zaferowania masek z gumkami lub z troczkiem.**

**Pytanie 61 - Dotyczy 10 poz. 5**

Zamawiający w w/w pozycji wymaga fartuchów w rozmiarze uniwersalnym. Fartuchy które pragniemy zaferować posiadają pełen zakres rozmiarów od M do XXL. Prosimy o dopuszczenie wyżej opisanych fartuchów – jednocześnie potwierdzamy iż wybór rozmiaru pozostawiamy do decyzji Zamawiającego.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 62 – dotyczy Pakietu nr 14 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 14 poz. 2 pęsety chirurgicznej Traves 12,5cm?

**Odpowiedz:**

**Tak Zamawiający dopuści, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 63 – dotyczy Pakietu nr 14 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 14 poz. 2 pęsety chirurgicznej Adson 12 cm?

**Odpowiedz:**

**Tak Zamawiający dopuści, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 64 – dotyczy Pakietu nr 14 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 14 poz. 3 igłotrzymacza Mayo-Hegar, prosty 14cm?

**Odpowiedz:**

**Tak Zamawiający dopuści, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 65 – dotyczy Pakietu nr 14 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 14 poz. 4 kleszczyków Halstead-Mosquito 13cm?

**Odpowiedz:**

**Tak Zamawiający dopuści, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 66 – dotyczy Pakietu nr 14 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 14 poz. 5 peana zagiętego Halstead-Mosquito 13cm?

**Odpowiedz:**

**Tak Zamawiający dopuści, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.**

**Pytanie 67 - Pakiet 2, poz. 5,8,9-10**

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 5,8,9-10 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji ofertę złożą tylko jedna firma lub konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 68 - Pakiet 2, poz. 5**

Proszę o dopuszczenie strzykawki z jednostronną, czytelną skalą pomiarową w kontrastowym kolorze.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 69 - Pakiet 2, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 70 - Pakiet 2, poz. 9,10**

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów i TS z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od

PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 71 - Pakiet 2, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 72 - Pakiet 2, poz. 9,10**

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy IS i TS bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz pogładowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 73 - Pakiet 2, poz. 10**

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 75 - Pakiet 2, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 76 - Pakiet 6, poz. 1-8**

Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem bezpośrednio na ostrzu, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową oraz numerem LOT, datą ważności i produkcji oraz metodą sterylizacji, blister aluminiowy posiada kołnierz ułatwiający otwarcie, na opakowaniu zbiorczym nazwa producenta oraz importera a także pozostałe dane o rozmiarze ostrza, jego kształcie i ponownie nr LOT z datą produkcji i ważności i metodą sterylizacji , pakowane po 100 szt.?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 77 - Pakiet 6, poz. 1-8**

Czy zamawiający dopuści aby rozmiar oraz kształt ostrza widoczny był również na opakowaniu zbiorczym (100 szt) –opakowanie zbiorcze : kartonik z dyspenserem – kształt ostrza na opak. zbiorczym przedstawiony w formie piktogramu, jednocześnie rozmiar podany na opakowaniu jednostkowym w formie aluminiowego blistra i dodatkowo wygrawerowany na ostrzu, aluminiowe opakowanie jednostkowe umożliwi również szybką i łatwą identyfikację kształtu ostrza- widoczny odcisk kształtu (kształt ostrza jest ściśle powiązany z rozmiarem)?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 78 - Pakiet 6, poz. 1-8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu, natomiast znacznie ogranicza konkurencję, powodując na etapie składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów. Wymóg ten wpłynie na ceny produktu zaoferowane Zamawiającemu i otrzymane wyceny będą wyższe w stosunku do wartości rynkowej

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 79 - Pakiet 8, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 80 - Pakiet 8, poz. 5**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 81 - Pakiet 8, poz. 8**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 82 - Pakiet 8, poz. 16**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 83 - Pakiet 8, poz. 17**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 84 - Pakiet 8, poz. 23,26,29-31**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 85 - Pakiet 8, poz. 51 i 54**

Czy zamawiający dopuści maski z drenami o przekroju standardowym, wzmocnione, o długości drenu ok. 200 cm, wykonane z medycznego, nietoksycznego PCV, sterylne, pozostałe wymagania bez zmian?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 86 - Pakiet 8**

Czy zamawiający dopuści składanie ofert w pakiecie 8 na pozycje, podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 87 - Pakiet 8, poz. 1-5,8,13,16-18,23,26,28-31,35,37,51,54**

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w pakiecie 8 wydzieli pozycje: 1-5,8,13,16-18,23,26,28-31,35,37,51,54 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z spośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 88 - Pakiet 10, poz. 1-2**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 89 - Pakiet 10, poz. 2**

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 90 - Pakiet 10, poz. 2**

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 91 - Pakiet 10, poz. 3-4**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 92 - Pakiet 10, poz. 5**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 93 - Pakiet 15**

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, bez worka w zestawie?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 94 - Pakiet 15**

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 95 - Pakiet 15**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczełu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 96 - Pakiet 15**

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 97 - pakietu nr 8:**

Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić z pakietu nr 8 pozycje nr: 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 98 - Pakiet 3, pozycja 1-7**

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne wykonane z PCV, pozbawione DEHP (ftalanów)?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 99 - Pakiet 3, pozycja 1-7**

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne z oznakowanym kolorystycznie pierścieniem?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 100 - Pakiet 3, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną z oznakowanym kolorystycznie pierścieniem w kolorze żółtym (rozm. 2)?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 101 - Pakiet 3, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną z oznakowanym kolorystycznie pierścieniem w kolorze zielonym (rozm. 3)?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 102 - Pakiet 3, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną z oznakowanym kolorystycznie pierścieniem w kolorze czerwonym (rozm. 4)?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 103 - Pakiet 3, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną z oznakowanym kolorystycznie pierścieniem w kolorze niebieskim (rozm. 5)?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 104 - Pakiet 3, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną z oznakowanym kolorystycznie pierścieniem w kolorze niebieskim (rozmiar 5)?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 105 - Zadanie nr 7 poz. 2**

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy zaoferować papier oryginalny czy Zamawiający dopuści również papier nieoryginalny, kompatybilny.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający wymaga tylko oryginalny papier.**

**Pytanie 106 - Zadanie nr 7 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru EKG o rozmiarze 60 mm x 12 m.

**Odpowiedz:**

**Tak Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 107 - Zadanie nr 7 poz. 5**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru EKG 50 mm x 30 mm z nadrukiem.

**Odpowiedz:**

**Tak Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 108 - Zadanie nr 7 poz. 5**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru EKG 50 mm x 20 mm z nadrukiem.

**Odpowiedz:**

**Tak Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 109 - Zadanie nr 7 poz. 7, 8**

Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny elektrod w op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

**Odpowiedz:**

**Tak Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 110 - Zadanie nr 7 poz. 7**

Prosimy o wyjaśnienie czy wycięcie na kabelek ma być podłużne – prostokątne bez przecięcia boków elektrody?

**Odpowiedz:**

**Wycięcie na kabelek ma być podłużne.**

**Pytanie 111 - Zadanie nr 7 poz. 7**

Prosimy o wyjaśnienie czy elektroda ma posiadać tarkę do przygotowania naskórka przed aplikacją elektrody.

**Odpowiedz:**

**Elektroda nie ma posiadać tarki do przygotowania naskórka przed aplikacją elektrody.**

**Pytanie 112 - Zadanie nr 7 poz. 8**

Prosimy o dopuszczenie elektrody EKG prostokątnej o rozmiarze 44 mm x 30 mm.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 113 - Zadanie nr 7 poz. 8**

Prosimy o dopuszczenie elektrody EKG kwadratowej o zaokrąglonych bokach z języczkiem ułatwiającym aplikację o rozmiarze 40 mm x 36 mm.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 114 - Zadanie nr 7 poz. 12**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru EKG Lifepack 11-12 o rozmiarze 107 mm x 23 m.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 115 - Zadanie nr 7 poz. 13**

Prosimy o dopuszczenie spray'u do elektrod o pojemności 0,23 ml.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 116 - Projekt umowy**

Prosimy o zmianę terminu dostaw na 5 dni roboczych.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 117 – Ad Pakiet 3**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości maski anestetycznej firmy RUSCH z nadmuchiwanym mankietem z oznakowaniem kolorystycznym pierścienia na masce w kolorach 1 biały, 2 różowy, 3 żółty, 4 zielony, 5 czerwony, 6 niebieski przy spełnieniu reszty parametrów w 100%?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 118 – Ad Pakiet 8**

Czy Zamawiający w pozycji 50 dopuści wysokiej jakości filtry firmy RUSCH posiadający lepszy opór przepływu przy 60 L wynoszący 1,6 cm H<sub>2</sub>O przy spełnieniu reszty parametrów w 100%?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuści, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 119**

Czy Zamawiający w pozycji 55 dopuści wysokiej jakości układ oddechowy firmy RUSCH lepszy, bo rozciągalny max do 240 cm wraz z workiem 2litry, przy spełnieniu reszty parametrów w 100%?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 120 – Ad Pakiet 19**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści wysokiej jakości cewnik centralny firmy ARROW posiadający koreczki nie bezigłowe, wyposażony w system strzykawka z otworem w tłoku analogiczny do opisanego w SIWZ (igła z zastawką) przy spełnieniu reszty parametrów w 100%?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuści, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 121**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści wysokiej jakości cewnik centralny firmy ARROW o średnicy 8,5Fr posiadający koreczki nie bezigłowe, wyposażony w system strzykawka z otworem w tłoku analogiczny do opisanego w SIWZ (igła z zastawką) przy spełnieniu reszty parametrów w 100%?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuści, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 122**

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści wysokiej jakości cewnik centralny firmy ARROW posiadający koreczki nie bezigłowe, wyposażony klasyczny system wprowadzania przewodnicy przez igłę, przy spełnieniu reszty parametrów w 100%?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuści, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**



**Pytanie 123 - Dot. zapisów SIWZ**

Czy Zamawiający w toku badania oferty zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do złożenia próbek potwierdzających spełnianie wymagań SIWZ?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 124 - Pakiet 11**

Czy w poz. 1-2 Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 125 - Pakiet 11**

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania?

Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160 cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opisu przedmiotu zamówienia, zawartym w SIWZ, zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 126 - Pakiet 14**

Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści nożyczki o długości 15 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedz:**

**Tak Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 127 - Pakiet 14**

Czy w poz. 2 Zamawiający dopuści pęsetę o długości 15 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedz:**

**Tak Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 128 - Pakiet 14**

Czy w poz. 3 Zamawiający dopuści igłotrzymacz o długości 15 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedz:**

**Tak Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 129**

Czy zamawiający w pakiecie 18 pozycji 1 dopuści Zgłębnik do żywienia dojelitowego, przezroczysty, elastyczny przewód zgłębnika, wykonany z poliuretanu, z linią kontrastującą w promieniach RTG. Łącznik umożliwiający połączenie z przyrządem do żywienia enteralnego. Prowadnica umożliwiająca wprowadzenie zgłębnika do przewodu pokarmowego. Końcówka zgłębnika z dwoma bocznymi otworami zgłębnika Ch 10/125 cm

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 130**

Czy zamawiający w pakiecie 18 pozycji 4 dopuści Zestawy do kaniulacji dużych naczyń 14Ga/20 cm jednokanałowe w zestawie prowadnica, strzykawka 5ml, igła 6,5 cm

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuści, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 131**

Czy zamawiający w pakiecie 18 pozycji 5 dopuści Zestawy do kaniulacji dużych naczyń 7 F/20 cm w zestawie prowadnica, strzykawka 5ml, igła 6,5 cm

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuści, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 132**

Czy zamawiający pakiecie 18 pozycji 5 może doprecyzować o ile światłowy zestaw do kaniulacji chodzi?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający doprecyzowuje – 3 światłowy.**

**Pytanie 133**

Czy zamawiający wydzieli z pakietu 18 pozycję 1,4,5 i utworzy owy pakiet celem złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej. Wyłączenie pozwoli uzyskać lepszą cenę oraz złożyć ofertę innym firmom ze sprzętem wysokiej jakości

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 134**

Czy zamawiający w pakiecie 19 pozycji 1 dopuści Cewnik do naczyń centralnych trzyświatłowy 7F ( 16/18/18G), długość 20 cm, zestaw zawiera : igłę wprowadzającą typu „Y” 18G 6,5cm, nitinolowy prowadnik J 0,035” 50 cm, strzykawka 5ml cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonna z centymetrowymi znacznikami głębokości z zaciskami na lini, skrzydełka mocujące do skóry pacjenta, rozszerzacz 8,5Fr o długości 10 cm

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 135**

Czy zamawiający w pakiecie 19 pozycji 2 dopuści Cewnik do naczyń centralnych czteroświatłowy 8,5F ( 14/16/18/18G), długość 20cm, zestaw zawiera : igłę wprowadzającą typu Y 18G 6,5cm, nitinolowy prowadnik J 0,035” strzykawka 5ml cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonna z centymetrowymi znacznikami głębokości z zaciskami na lini, skrzydełka mocujące do skóry pacjenta, rozszerzacz 9Fr o długości 10cm

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 136**

Czy zamawiający w pakiecie 19 pozycji 3 dopuści .

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 137**

Czy zamawiający w pakiecie 19 pozycji 1 dopuści Cewnik do naczyń centralnych trzyświatłowy 7F ( 16/18/18G), długość 20 cm, zestaw zawiera : igłę wprowadzającą 18G 6,5cm, nitinolowy prowadnik J 0,035” 50 cm, strzykawka 5 ml z otworem w tłoku do wprowadzenia prowadnicy do naczynia bez odłączania strzykawki , cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonna z centymetrowymi znacznikami głębokości z zaciskami na lini, skrzydełka mocujące do skóry pacjenta, rozszerzacz 8,5Fr o długości 10 cm

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 138**

Czy zamawiający w pakiecie 19 pozycji 2 dopuści Cewnik do naczyń centralnych czteroświatłowy 8,5F ( 14/16/18/18G), długość 20cm, zestaw zawiera : igłę wprowadzającą 18G 6,5cm, nitinolowy prowadnik J 0,035” strzykawka 5 ml z otworem w tłoku do wprowadzenia prowadnicy do naczynia bez odłączania strzykawki, cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym

uszkodzeniu śródbłonna z centymetrowymi znacznikami głębokości z zaciskami na linii, skrzydełka mocujące do skóry pacjenta, rozszerzacz 9Fr o długości 10cm

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 139**

**Czy zamawiający w pakiecie 19 pozycji 3 dopuści** cewnik trzyświatłowy 12 Fr o długości 20 cm, prowadnicę o długości 60 cm, igłę wprowadzającą o średnicy zew. 1,1mm i wew. 1,4 mm x 70mm, 2 dylatory, mocowanie do skóry. Cewnik wykonany z poliuretanu z miękką atraumatyczną końcówką, ze znacznikami długości co centymetr od 9cm do dystalnej końcówki, widoczny w promieniach RTG. Prowadnica wykonana ze stali nierdzewnej z jednym końcem prostym i drugim „J”, umieszczona w sztywnym kołczanie z uchwytem ułatwiającym wprowadzenie prowadnicy jedną ręką, skalpel, wyposażony w zaciski na obu liniach oraz 3 zabezpieczające koreczki na końcówkach cewników.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 140 - Pakiet 7, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści papier do EKG 50x20 z przeliczeniem zamawianej ilości na 63 rolki?

**Odpowiedz:**

**Tak Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 141 - Pakiet 7, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora 108x23?

**Odpowiedz:**

**Tak Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 142 - Pakiet 7, pozycja 16**

Czy Zamawiający dopuści papier do KTG 152x90x150 z przeliczeniem zamawianej ilości na 160 bloków?

**Odpowiedz:**

**Tak Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 143 - Pakiet 10, pozycja 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'50 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedz:**

**Tak Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 144 - Pakiet 10, pozycja 3, 4, 5**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedz:**

**Tak Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 145 - Pakiet 13, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści aparaty do pobierania leków z filtrem bakteryjnym 1,2µm?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pytanie 146 - Pakiet 16, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu nie będącego materiałem medycznym, objętego 23% stawką VAT?

**Odpowiedz:**

**Tak Zamawiający wyrazi zgodę.**

**Pytanie 147 - Pakiet 17, pozycja 5-10**

Czy Zamawiający dopuści lateksowe cewniki Pezzer z 3 otworami w odcinku dystalnym?

**Odpowiedz:**

**Tak Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**