



Tomaszów Lubelski dnia 2010-07-07

SPZOZ/P.N./22/2010

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Dotyczy:

Postępowania przetargowego na:

„Dostawa rękawic jednorazowych”

nr sprawy SPZOZ/P.N./22/2010

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim zgodnie z przepisami art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w związku ze zwróceniem się Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnia:

Pytanie 1

Dotyczy poz. 1-5

Parametr AQL określa poziom wadliwych wyrobów w ściśle określonej partii produktów. Niższy AQL oznacza mniejszą ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii. Obowiązująca norma EN 455-1 określa sposób pobierania próbek oraz poziom kontroli i AQL, co odpowiada wymaganiom określonym w dyrektywie 93/42/EWG. Zamawiający w opisie podaje, iż wymaga rękawiczek o poziomie AQL 1,5. Czy zamawiający dopuści rękawice sterylne o poziomie AQL 1,0 gwarantującym wyższą jakość rękawic niż w przypadku wymaganego AQL 1,5 ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuści rękawice sterylne o poziomie AQL 1,0 gwarantującym wyższą jakość rękawic niż w przypadku wymaganego AQL 1,5.

Pytanie 2

Dotyczy poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne pudrowane o grubości palca 0,16-0,17mm, dłoni 0,13-0,14 mm, mankietu 0,11-0,12 mm oraz sile zrywającej przed starzeniem 9 Newtonów, po starzeniu 6 Newtonów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy poz.17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji z pakietu? Wydzielenie tej pozycji pozwoli na przystąpienie większej liczbie oferentów oraz uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.