



Tomaszów Lubelski dnia 2010-07-08

SPZOZ/P.N./22/2010

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Dotyczy:

Postępowania przetargowego na:

„Dostawa rękawic jednorazowych”

nr sprawy SPZOZ/P.N./22/2010

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim zgodnie z przepisami art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w związku ze zwróceniem się Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnia:

Pytanie 1

Czy w pozycjach od nr 1 do nr 5 – rękawice chirurgiczne sterylne z rolowanym mankietem, pudrowane z lateksu naturalnego, sterylizowane promieniami gamma Zamawiający dopuści rękawice o grubości na mankiecie od 0,14 do 0,15 mm oraz grubości na palcu od 0,21 do 0,22 mm; siła zrywająca przed starzeniem 14-15 niutonów oraz po starzeniu 11-12 niutonów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 2

Czy w pozycjach od nr 6 do nr 10 Zamawiający dopuści rękawice z teksturą na całej powierzchni dłoni?

Odpowiedź:

Ta. Zamawiający dopuści rękawice z teksturą na całej powierzchni dłoni, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie 3

Czy w pozycji nr 22 Zamawiający dopuści rękawice o grubości na w części dłoniowej od 0,32 do 0,35 mm oraz grubości na palcu od 0,33 do 0,36 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.