



**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Tomaszowie Lubelskim**

22-600 Tomaszów Lubelski Aleje Grunwaldzkie 1

tel: 84 664-44-11, fax: 84 664-25-21,
email: szpital@szpital-tomaszow.pl, www: <http://szpital-tomaszow.pl>



Tomaszów Lubelski, dnia 12.04.2021r.

Numer sprawy: **SZZ.251.11.2021.R**

Nazwa zamówienia: **„Dostawy materiałów do sterylizacji metodą parową”**

**ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania o wartości szacunkowej
poniżej równowartości 130.000 złotych**

1. Zamawiający:

**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej,
22-600 Tomaszów Lubelski Aleje Grunwaldzkie 1**
województwo lubelskie, powiat Tomaszów Lubelski
telefon: **(0-84) 664-44-11 do 19**
faks: **(0-84) 664-25-21**
poczta elektroniczna (e-mail): zampub@szpital-tomaszow.pl
adres internetowy: <http://szpital-tomaszow.pl>

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie **„ZAPYTANIA OFERTOWEGO” o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł.** i zostało oznaczone przez Zamawiającego znakiem **SZZ.251.11.2021.R.**

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są: **„Dostawy materiałów do sterylizacji metodą parową.”**

Wspólny słownik zamówień publicznych:
33.12.41.30-5 Wyroby diagnostyczne,
33.77.20.00-2 Jednorazowe wyroby papiernicze.

Szczegółowy wykaz asortymentowo – ilościowy zawiera FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY (załącznik nr 1 do Zaproszenia)

Wymagania jakościowe:

OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE

1. Papier sterylizacyjny
 - włókno celulozowe, kolor zielony i biały
 - zawartość chlorków nie więcej niż 0,02%
 - zawartość siarczanów nie więcej niż 0,02 %

- wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m
 - wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m
 - gramatura nominalna 60 g/m² (tolerancja wg. PN EN 868-2),
 - wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta (a nie dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2
2. Torebki i rękawy papierowo-foliowe z testem do sterylizacji parowej
- a) papier o gramaturze 70 g/m² (PN EN 868-3), wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-3
 - zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%
 - zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25 %
 - wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN w obu kierunkach
 - przenikanie powietrza [1,47 kPa] nie mniej niż 12 μm/Pa*s
 - wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 400 kPa na sucho
 - wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 150 kPa na mokro
 - nie zwilżalność wodą powyżej 40 s
 - wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,3 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 4 kN/m
 - wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,4 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kN/m
 - b) folia siedmiowarstwowa (PN EN 868-5)) nie licząc warstwy kleju, wymagane wydane przez producenta folii (a nie dystrybutora) oświadczenie o zgodności z normami [PNEN 868-3, PNEN 868-5] i charakterystyka folii w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności:
 - przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów
 - grubość nie większa niż 52 μm
 - zgrzewalna w temperaturze 150 – 190 °C
 - wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach nie mniejsza niż 300 mN
 - elastyczna [wydłużenie nie mniej niż 70%]
 - c) wymagane potwierdzenie zgodności konstrukcji z EN 868-5 przez niezależną organizację notyfikowaną
 - d) wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania
 - e) wskaźnik procesu sterylizacji parowej (po procesie kolor brązowy), EO(po procesie kolor złoty) i formaldehydowej (po procesie kolor zielony)
 - f) powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm² [PNEN 868-5]
 - g) jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania
 - h) zgrzew posiadający 3 równoległe proste linie
 - i) ze względów techniczno-higienicznych rękawy są nawinięte na rolkę folią na zewnątrz

Zamawiający informuje, że oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.

Zamówienie dotyczy sukcesywnych dostaw w oparciu o bieżące potrzeby Zamawiającego. Dostawę przedmiotu zamówienia do Magazynu Medycznego SPZOZ Tomaszów Lubelski przy Alejach Grunwaldzkich 1 zapewnia Wykonawca, ponosząc koszty i ryzyko transportu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania zamówienia w zakresie ilościowym i wartościowym.

4. Termin wykonania zamówienia:

12 miesięcy od podpisania umowy.

5. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

Konrad Sterniewski
Dział Zamówień Publicznych
tel. 84 6644411 do 19 wew. 500
mail: zampub@szpital-tomaszow.pl

6. Miejsce oraz termin składania ofert:

Wypełniony Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO - FORMULARZ OFERTOWY należy przesłać e-mailem na adres: oferty@szpital-tomaszow.pl, nie później niż do dnia **20.04.2021 r.** do godz. **11:00**.

7. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Kryterium wyboru oferty:

Cena(koszt) – 100 %

9. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców poprzez pocztę elektroniczną, oraz zamieści informacje na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpital-tomaszow.pl.
2. O ewentualnym unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi Wykonawców na tych samych zasadach co w punkcie 1. podając uzasadnienie faktyczne.
3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. O miejscu sposobie i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę.

10. Załączniki stanowiące integralną część ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO - FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO - UMOWA (PROJEKT)
Załącznik nr 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO - KLAUZULA INFORMACYJNA

Tomaszów Lubelski dnia 12.04.2021 r.

Zatwierdzam: