



# Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski  
tel: (0 84) 664-44-11, fax: (0 84) 664-25-21,  
email: szpital@szpital-tomaszow.pl, www: http://szpital-tomaszow.pl



Tomaszów Lubelski dnia 2012-01-23

**SPZOZ/P.N./02/2012**

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Dotyczy:

Postępowania przetargowego na:

**„Dostawy strzykawek, przyrządów do przetaczania, kaniul, rękawic jednorazowych”**

nr sprawy SPZOZ/P.N./02/2012

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim zgodnie z przepisami art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w związku ze zwróceniem się Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnia:

### Pytanie 1

Czy Zamawiający dokona podziału przedmiotu zamówienia i utworzy dwa osobne pod pakiety – 1a – Kaniule (poz. 13 do 16) i 1b – Pozostałe wyroby medyczne ( poz. 1 do 11 oraz 17 do 32) oraz dopuści w zakresie pakietu 1a, złożenie oferty z cienkościennymi kaniulami produkcji włoskiej firmy Delta Med., posiadającymi 3 wtopione na całej długości paski radiocieniujące i filtr hydrofobowy hamujący wypływ krwi, wyposażonymi w samoaktywujący mechanizm w pełni zabezpieczający operatora przed niebezpieczeństwem przypadkowego zakłucia, a ponadto skutecznie zapobiegający przypadkowemu uszkodzeniu rękawiczek dzięki brakowi ostrych, metalowych krawędzi, charakterystyce przedstawionej w poniższej tabeli i załączonych materiałach?

Kolor	Gauge	Długość w mm	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna	Przepływ w ml/min
Żółty	24	19	0,74	0,55	29
Niebieski	22	25	0,90	0,65	42
Różowy	20	32	1,00	0,75	59
Zielony	18	32	1,30	0,95	103
Zielony	18	45	1,30	0,95	96
Biały	17	45	1,50	1,15	155
Szary	16	45	1,75	1,35	225
Pomarańczowy	14	45	2,00	1,55	290

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**