



**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Tomaszowie Lubelskim**

22-600 Tomaszów Lubelski Aleje Grunwaldzkie 1

tel: 84 664-44-11, fax: 84 664-25-21,
email: szpital@szpital-tomaszow.pl, www: <http://szpital-tomaszow.pl>



Tomaszów Lubelski, dnia 20.09.2022r.

Nazwa zamówienia: „**Dostawy materiałów do sterylizacji metodą parową**”
Numer sprawy: **SZZ.251.62.2022.R**

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania o wartości szacunkowej
poniżej równowartości 130.000 złotych netto

1. Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej,
22-600 Tomaszów Lubelski Aleje Grunwaldzkie 1
województwo lubelskie, powiat Tomaszów Lubelski
telefon: **(0-84) 664-44-11 do 19**
faks: **(0-84) 664-25-21**
poczta elektroniczna (e-mail): **zampub@szpital-tomaszow.pl**
adres internetowy: **<http://szpital-tomaszow.pl>**

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie „**ZAPYTANIA OFERTOWEGO**” o wartości **nieprzekraczającej 130.000 zł.** i zostało oznaczone przez Zamawiającego znakiem **SZZ.251.62.2022.R.**

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są: **sukcesywne dostawy materiałów do sterylizacji metodą parową.**
Szczegółowy wykaz asortymentowo – ilościowy zawarty jest w **Załączniku nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO – FORMULARZU OFERTOWO-CENOWYM.**

Wymagania jakościowe:

OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE

1. Papier sterylizacyjny

- włókno celulozowe, kolor zielony i biały
- zawartość siarczanów nie więcej niż 0,02 %
- zawartość chlorków nie więcej niż 0,02%
- wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcownia nie mniej niż 0,8 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,5 kN/m

- wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho i w kierunku walcownia nie mniej niż 2,1 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m
- gramatura nominalna 60 g/m²

2. Rękawy papierowo-foliowe z testem do sterylizacji parowej

- papier o gramaturze 60 g/m²,
- zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%
- zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25 %
- wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 320 kPa na sucho
- wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 140 kPa na mokro
- wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,1 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,3 kN/m
- wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kN/m
- nie zwilżalność wodą powyżej 30 s
- folia pięciowarstwowa, wymagane wydane przez producenta folii (a nie dystrybutora) oświadczenie o zgodności z normami [EN 868] i charakterystyka folii w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności:
- przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów
- grubość nie większa niż 52 µm
- zgrzewalna w temperaturze 150 – 190 °C

Zgrzew fabryczny musi być wielokrotny, a w miejscu zgrzewanym zgrzewarką folia powinna po zgrzaniu zmienić kolor w widoczny sposób tak, aby pracownik mógł dokonać wizualnej kontroli zgrzewu. Powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji musi wynosić ≥ 100 mm².

Na każdym produkcie powinny znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, rozmiar, sposób przebarwienia dla każdego wskaźnika, kierunek otwierania, zgodność z normą EN 868-5 i ISO 11607, numer LOT. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Dokument potwierdzający brak cytotoxyczności w oparciu o laboratoryjne badania wg ISO 10993-5. Karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie parametrów.

3. Torebki foliowo-włókninowe z testem do sterylizacji parowej

- włóknina o gramaturze 60 g/m²,
- porowatość 18 L/MIN/1DM²
- nie zwilżalność alkoholem: 8
- fluorescencja PTS/DM²
- grubość folii PET/PP nie większa niż 52 µm
- zgodność z ISO 11607 oraz EN868-5

Zamawiający informuje, że oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.

Zamówienie dotyczy sukcesywnych dostaw w oparciu o bieżące potrzeby Zamawiającego. Dostawę przedmiotu zamówienia do Magazynu Medycznego SPZOZ Tomaszów Lubelski przy Alejach Grunwaldzkich 1 zapewnia Wykonawca, ponosząc koszty i ryzyko transportu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania zamówienia w zakresie ilościowym i wartościowym.

4. Termin wykonania zamówienia:

12 miesięcy od podpisania umowy.

5. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

Konrad Sterniewski
Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. **84 6644411 do 19 wew. 500**
mail: zampub@szpital-tomaszow.pl

6. Miejsce oraz termin składania ofert:

Wypełniony i podpisany **Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO - FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY**, oraz **Załącznik nr 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO - KLAUZULE INFORMACYJNA** należy przesłać e-mailem na adres: oferty@szpital-tomaszow.pl, nie później niż do dnia **26.09.2022r.** do godz. **09:00**.

7. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Kryterium wyboru oferty:

Cena(koszt) – 100 %

9. Załączniki stanowiące integralną część ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO - FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY
Załącznik nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO - UMOWA (PROJEKT)
Załącznik nr 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO - KLAUZULA INFORMACYJNA

Tomaszów Lubelski dnia 20.09.2022r.

p.o. DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Tomaszowie Lubelskim
Dariusz Gątecki
lek. med. Dariusz Gątecki

Zatwierdzam: