



**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Tomaszowie Lubelskim**

ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski
tel: (0 84) 664-44-11, fax: (0 84) 664-25-21,
email: szpital@szpital-tomaszow.pl, www: <http://szpital-tomaszow.pl>



Tomaszów Lubelski, dnia 02.06.2020r.

Nazwa zamówienia: „**Dostawy szwów chirurgicznych.**”
Numer sprawy: **SZZ.251.18.2020.PN**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim zgodnie z przepisami art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w związku ze zwróceniem się Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnia:

Pytanie 1:

Dotyczy zadania nr I, pozycji nr 19. Czy Zamawiający dopuści szew o dł. nici 3x75 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 2:

Dotyczy zadania nr II, pozycji nr 30. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu z nicią 5x45 cm, pozostałe parametry bez zmian? Chcemy podkreślić, iż aktualnie dostarczamy dla Państwa produkt tego typu.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 3:

Dotyczy zadania nr II, pozycji nr 32. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu z nicią 5x45 cm, pozostałe parametry bez zmian lub szew nr 3/0, z igłą 17 mm, okrągłą, 1/2 koła, długość nitki 75 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający w zad. 4 poz. 2-7 dopuści zszywki o przekroju okrągłym, nie ma to wpływu na jakość zespolenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający w zad. 4 poz. 2 dopuści stapler bez technologii kierunkowego formowania zszywek podczas ich zamykania?

Odpowiedź:


Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający w zad. 4 poz. 1 dopuści jednorazowy stapler okrężny zakrzywiony z łamanym kowadełkiem, rozmiar: 29, 32 mm w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła. Zszywka otwarta o wysokości: 4,8 mm dla rozmiaru 29 mm; 5,0 mm dla rozmiaru 32 mm, z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym odpaleniem. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.


Z-ca DYREKTORA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Tomaszowie Lub.

mgr inż. Ryszard Zyza