



## Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski  
tel: (84) 664-44-11, fax: (84) 664-25-21,  
email: [szpital@szpital-tomaszow.pl](mailto:szpital@szpital-tomaszow.pl), www: <http://szpital-tomaszow.pl>



Tomaszów Lubelski, dnia 12.09.2018r.

Nazwa zamówienia: „Dostawy medycznych rękawic jednorazowych”.

Numer sprawy: **SZZ.251.29.2018.PW**

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim zgodnie z przepisami art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w związku ze zwróceniem się Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnia:

#### **Pytanie 1**

##### **Dotyczy pakietu 1 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w pakiecie 1 poz. 1 rękawic o nieznacznej różnicy grubości na wysokości mankietu w przedziale 0,16 mm- 0,18 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

##### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.**

#### **Pytanie 2**

##### **Dotyczy pakietu 1 poz. 2**

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w pakiecie 1 poz. 2 rękawic z rozciągliwością przed starzeniem 865%, pozostałe parametry bez zmian.

##### **Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie 3**

##### **Dotyczy pakietu 1 poz. 3**

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w pakiecie 1 poz. 3 rękawic ortopedycznych o grubości na palcu 0,29 mm - 0,32 mm, dłoń 0,27 mm- 0,30 mm, mankiet 0,20 mm – 0,23 mm, i sile zrywania minimum 12N.

##### **Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 4**

**Dotyczy pakietu 2 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie do zaferowania w pakiecie 2 poz. 1 rękawic o sile zrywania minimum 16N.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 5**

**Dotyczy pakietu 2 poz. 2**

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie do zaferowania w pakiecie 2 poz. 2 rękawic nitrylowych obustronnie pokrytych polimerem, co ułatwia zakładanie rękawicy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza obustronne polimeryzowanie z jednoczesnym chlorowaniem od wewnątrz.**

**Pytanie 6**

**Dotyczy pakietu 2 poz. 2**

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie do zaferowania w pakiecie 2 poz. 2 rękawic pakowanych w opakowaniach a'100.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza pakowanie po 100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości.**

**Pytanie 7**

**Dotyczy pakietu 2 poz. 3**

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie do zaferowania w pakiecie 2 poz. 3 rękawic lateksowych bezpudrowych o grubości na palcu 0,13 mm - 0,14 mm, oraz poziomie protein <30 µg/g.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 8**

**Dotyczy pakietu 2 poz. 3**

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o do zaferowania w pakiecie 2 poz. 3 rękawic lateksowych bezpudrowych przebadanych zgodnie z EN 374-3 na przenikalność min. 8 substancji chemicznych potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta (co najmniej 2 poziom ochrony).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 9**

**Dotyczy pakietu 1 poz. 3**

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie do zaferowania w pakiecie 1 poz. 3 rękawic ortopedycznych, które nie są przebadane pod kątem dyrektywy o środkach ochrony indywidualnej kategorii III, co nie oznacza że nie spełniają wymogów dyrektywy PPE 89/686/EEC.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

### **Pytanie 10**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do wzoru Umowy zapisu następującej treści:

"Strony zgodnymi oświadczeniami woli ustalają, iż, zgodnie z zasadą dobrowolności stosowania mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment), we wzajemnych rozliczeniach Stron nie będzie stosowany wskazany wyżej mechanizm".

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający modyfikuje zapis § 6 wzoru Umowy:**

#### § 6

1. Ceny podane w ofercie Wykonawcy wiążą strony przez okres trwania umowy.
2. W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w szczególności zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do ceny netto objętych umową doliczany będzie podatek VAT według nowej stawki.
3. Wykonawca i Zamawiający zgodnymi oświadczeniami woli ustalają, iż, zgodnie z zasadą dobrowolności stosowania mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment), we wzajemnych rozliczeniach nie będzie stosowany wskazany wyżej mechanizm.

### **Pytanie 11**

#### **Pakiet II, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na mankiecie  $0,06 \pm 0,01$ mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.**

### **Pytanie 12**

#### **Pakiet II, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu  $0,12 \pm 0,02$ mm, na dłoni  $0,10 \pm 0,02$ mm, na mankiecie  $0,07 \pm 0,02$ mm, poziom protein max 50 µg/g, przebadane wg EN 374 na 3 substancje: 40% NaOH- 2 poziom odporności, 47% kwas siarkowy – 4 poziom odporności, 15% formaldehyd – 4 poziom odporności, potwierdzone certyfikatem od jednostki niezależnej, gdyż żadne rękawice lateksowe diagnostyczne nie spełniają wymaganych przez Zamawiającego poziomów odporności. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

### **Pytanie 13**

#### **Pakiet III, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu  $0,08 \pm 0,01$ mm, na dłoni  $0,07 \pm 0,01$ mm, na mankiecie  $0,06 \pm 0,01$ mm ?

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**