



Tomaszów Lubelski dnia 2010-05-24

SPZOZ/P.N./15/2010

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

### Dotyczy:

Postępowania przetargowego na:

**„Dostawy rękawic jednorazowych”**

nr sprawy SPZOZ/P.N./15/2010

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim zgodnie z przepisami art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w związku ze zwróceniem się Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnia:

### **Pytanie 1**

Zwracamy się z prośbą o dokładne określenie ilości rękawiczek winylowych pudrowanych oraz bezpudrowych w poz. 12-16, ponieważ występują one w bardzo rozbieżnych cenach a co za tym idzie określenie wiążącej ceny nie jest możliwe.

### Odpowiedź:

**Zamawiający wykreśla w poz. 12-16 określenie rękawiczek winylowych bezpudrowych. Należy wycenić rękawiczki winylowe pudrowane. Ilości pozostają bez zmian**

### **Pytanie 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 1-5 rękawiczek chirurgicznych, pudrowanych, z rolowanym rantem, o grubości dłoni 0,19-0,20mm, palca 0,22-0,24mm, mankietu 0,15-0,16mm i siłach zrywania zgodnych z obowiązującymi normami oraz poziomem AQL≤1,5.

### Odpowiedź:

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

### **Pytanie 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 6-10 rękawiczek diagnostycznych pudrowanych, z warstwą antypoślizgową innego typu niż warstwa siateczkowa, o barwie naturalnego lateksu. Pragniemy nadmienić, iż rękawiczki diagnostyczne o barwy innej niż naturalny lateks są rękawiczkami droższymi niż standardowe.

### Odpowiedź:

**Zamawiający dopuszcza w poz. 6-10 rękawiczki diagnostyczne pudrowane, z warstwą antypoślizgową innego typu niż warstwa siateczkowa, o barwie naturalnego lateksu.**



**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim**

ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski  
tel: (0 84) 664-44-11, fax: (0 84) 664-25-21,  
email: [szpital@szpital-tomaszow.pl](mailto:szpital@szpital-tomaszow.pl), www: <http://szpital-tomaszow.pl>



**Pytanie 4**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 17 rękawiczek medycznych wzmocnionych, do ratownictwa medycznego w kolorze ciemnoniebieskim, o grubości palca min.0,36mm, dłoni min.0,34mm, długości 295mm, z siłami zrywania 650% przed starzeniem i 500% po starzeniu.

Odpowiedź:

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**